

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi

Sayı : 75297816-949

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME işine ait 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.madde (d) bendiğöre Doğrudan Temin usulü ile Birim Fiyat üzerinden satın alınacaktır.

İlgili Mal Alımı'na ilişkin K.D.V.hariç Birim Fiyatlarınızı imza-kaşeli olarak hastanemize acilen göndermenizi veya görevli memurlarımıza teslim etmenizi önemli rica ederim.

Uzm.Dr.Hayati ERDEMLİ
BAŞHEKİM

Sıra	UBB Kod u	Firma Tanım No	Sut Kodu	Malzeme Adı	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1				CERRAHİ ÖNLÜK STERİL DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)-XL	BOKS ÖNLÜĞÜ, TAKVİYESİZ, XL	2.500	ADET		
2				ATRAVMATİK İPEK NO:2/0 30 (±5) MM 3/8 KESKİN 75 CM	25MM-30MM ARALIĞINDA OLABİLİR	240	ADET		

Toplam (KDV HARIÇ):

***Teknik şartnamesinde belirtmesi halinde, numunelerin gönderilmesi zorunludur. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.**

***Teklifler 22.09.2026 tarihi ve saat 10:00 kadar kurumuza posta, faks, kargo, mail veya elden teslim edilebilir.**

***Teklifler KDV hariç verilecektir.**

***Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin vergi, resim, harç, ulaşım ile her türlü sigorta giderleri yükleniciye aittir.**

***İstekliler teklif ettikleri malzemelere ait Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış TİTUBB numarasını, ayrıca Firma ve Bayi (ihaleye katılan Bayi ise) Tanımlayıcı numaralarını alım sıra numarasına göre vereceklerdir. Onaylanmamış veya yanlış ürün numaraları veren isteklilerin teklifleri Değerlendirme dışı bırakılacaktır.**

***Siparişi yapılan malzemeler ilgili depoya teslim edilecektir.**

***Ödeme süresi; muayene kabul komisyonun kabulünden itibaren minimum 150 (YÜZELLİ) gündür**

***TÜM ALIMLARIMIZ VE ALIMLARLA İLGİLİ ŞARTNAMELERİMİZ; karadenizereglidh@saglik.gov.tr ADRESİNDEN GÖRÜLEBİLİR.**

İlgili Memur: Mıhrıcan KÜREKÇİ

Dahili : 1737

E-mail adresi: ereglidhsatinalma@gmail.com

Teklif Veren

...../...../.....

Adı-Soyadı,Ticaret Ünvanı,TC No,
Vergi No, Kaşe ,İmza

ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ ömerli mah. kaynarca cad no:309 kdz ereğli Tlf: 0(372)3150515 Fax: 0(372)3150503 e_mail:

İPEK İPLİK ŞARTNAMESİ

- Malzeme içeriği silikonize ipek içermelidir
- Sentetik yapıda vew emilmemelidir
- cerrahi ölçüde olmalıdır
- Milimler listede belirtildiği gibi olmalıdır.
- İğnesizler 45-60 cm arasında Demet halinde olmalıdır.
- 6 ile 16 sap arası olabilir.
- Steril olmalıdır
- Raf ömrü pakette yazılı olmalı ve en az 5 yıllık kullanım tarihi olmalıdır
- Miadı bitimine 3 ay kala yeni miadlı ürünlerle değiştirilmelidir.
- CE ve AT uygunluk beyanına sahip olmalıdır.
- Türkçe kullanım kılavuzu olmalı.
- UBB kodu fatura ile aynı olmalı.
- İhaleye giren firmalar birer adet numune göndermeli.
- Numuneler kullanıcılar tarafından değerlendirilerek uygunluk verilecektir. Uygun bulunmayan ürünler alınmayacaktır.

S.B. KARADENİZ ERGİLİ
DEVLET HASTAHANASI
Op. Dr. Ali Burak DOĞRAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1/0055

Dr. Ali Burak DOĞRAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1/0055

SMT3892 BOKS ÖNLÜĞÜ

SMT Temel İşlevi:	1. Hastaya uygulanacak cerrahi ve girişimsel işlemlerde, (ameliyat) cerrahi alan ve oluşabilecek bakteri kaynakları arasında etkin bir bariyer oluşturmak amacıyla, virüs ve bakteri geçişine izin vermeyecek şekilde tasarlanmış medikal kıyafet olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün kullanım yeri ve amacına göre korumalı (takviyeli) ve korumasız (takviyesiz) çeşitlerinden biri olmalıdır. 3. Ürünün farklı ebatları olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Ürünün korumalı (takviyeli) tiplerinde kullanılan malzeme, $45(\pm 5)\text{gr/m}^2$ SSMMS, korumasız (takviyesiz) tiplerinde ise $40(\pm 5)\text{gr/m}^2$ SSMMS tekniği ile üretilmiş malzemeden olmalıdır. Su, kan ve benzeri sıvıları emmeden ortamdan uzaklaştıracak alta geçişine izin vermeyecek özellikte olup, cildin nefes almasına izin vermelidir. 5. Ürünün kol manşetleri $10(\pm 3)\text{cm}$ uzunluğunda tamamen pamuklu örgü kumaştan yapılmış olmalı ve kullanan kişinin bileklerini rahatsız etmeyecek şekilde elastik, dikişsiz tüp şeklinde olmalıdır. 6. Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kuşaklar önlük gövdelerine kolayca kopmayacak şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Dış iki kuşak sterilitiyi bozmadan kolayca bağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalı ve dikiş yerlerinde açıklıklar olmamalıdır. 7. Önlüklerdeki yaka genişliği kullanılan velcro ile ayarlanabilir olmalıdır. 8. Paketler de steril olarak 1 adet gömlek ve 1 adet kurulama havlusu ($40*40\text{cm}$) olmalıdır. 9. Ürünün takviyeli tiplerinde, cerrahi sıvı ve operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kol (bilekten dirsek üstüne kadar) ve ön gövde (batın bölgesi ve göğüs) kısımlarında, kesin geçirimsizlik sağlayacak şekilde, ana önlük gövdesine birleştirilmiş şekilde bir tarafı polietilen diğer yüzeyi polyester non-woven malzemeden oluşan takviye malzemesi bulunmalıdır. Takviye önlüğün iç tarafında olmalıdır ve boyundan etek kısmına kadar uzanmalıdır. 10. Set içerisinde bulunan havlu $60(\pm 4)\text{gr}$ emici viskoz materyalden olmalı, kâğıt olmamalı ve hav bırakmamalıdır.

SMT3892 BOKS ÖNLÜĞÜ

Genel Hükümler:

11. Ürün TS EN 13795-1 (Tek Kullanımlık Cerrahi Örtü ve Önlükler İçin Zorunlu Performans Kriterleri) kalite standardını karşılamalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir.)
12. Takviyeli önlüklerin göğüs ve kollardaki bariyeri en az 100cmH₂O hidrostatik basınca dayanıklı olmalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir).
13. Setler içerisindeki tüm örtülerin ve önlüklerin TS EN ISO 9073-4 standardına göre yırtılma dayanıklılığı en az 20 N olmalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir).
14. Set içerisinde yer alan önlükler TS EN ISO 11092'ye göre su buharı direnci (Ret değeri) en fazla 20m²Pa/W olmalıdır.
15. Ürün bir yüzü şeffaf medikal film, diğer yüzü medikal kâğıttan oluşan ve üzerinde indikatörü olan etilen oksit gazı ile sterilizasyon yöntemine uygun ambalaj ile paketlenmelidir. İndikatörün hangi renge döneceği sterilizasyon poşeti üzerindeki renk skalası ile belirtilmelidir.
16. ETO kalıntı testi ISO 10993-7'ye göre akredite bir laboratuvara yaptırılmış olmalıdır (istenildiği takdirde sunulmalıdır).
17. Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır.

TC Sağlık Bakanlığı
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Muhammed Furkan Çeleğin
Kardiyoloji
Dip. Tes. No: 179330

Uzm. Dr. Nakibullah ÇAKIR
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No. 186680